

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Измерительный инструмент ПАК.СП-42 (тип 786Т)

Rev. 0_2026

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР:

Назначение

- Измерение количества песка в потоках жидкости при диагностических исследованиях скважин.



Характеристика	Значение
Параметры рабочей среды	Нефть, газ, вода
Максимальное давление, бар (Psi)	1 000 (15 000)
Максимальная температура, °C (F)	150 (300)
Канал счетчика песка	
Диапазон регистрации ударов в секунду	0...16000
Минимальный регистрируемый размер частички, мм	0,1
Вертикальное разрешение, м	0,3
Память:	
Интервал между записями, сек	0,5; 0,5...127
Время заполнения памяти при интервале 1 секунда, час	4369
Электропитание:	
Элемент питания, 2 шт.	Electrochem PMX150-1/2AA или Tadiran SL-550/S-1/2AA
Напряжение питания, В	7...8
Ток потребления средний в режиме записи, мА	21
Длительность работы от одного комплекта батарей, часов	75
Интерфейс связи с компьютером	USB
Материал	Титановый сплав
Диаметр, мм	42
Длина монтажная, мм	310
Длина максимальная, мм	342
Присоединительная резьба	15/16" ~10UN;
Масса, кг, не более	1,9
Комплект поставки/ Свидетельство о приемке	Значение
ПАК.СП-42 (тип 786Т)	1шт.
Кольца уплотнительные 034-038-25 ГОСТ 9833-73	30шт.
Смазка для уплотнительных колец	1шт.
Сменная батарейная крышка	1шт.
Кабель связи с компьютером	2шт.
Крышка защитная	2шт.
Паспорт	1шт.
Ящик упаковочный	1шт.

Дата приемки _____
Ответственный _____
Дата продажи _____
Штамп ОТК _____
Гарантийный срок 6 месяцев.

Отметки прохождения
Поверки/Калибровки
Межповерочный интервал: 1 Год.

Первичная Калибровка/Поверка. _____ Дата _____
Соответствует паспортным данным.
Ответственный _____
Первый Межповерочный интервал. _____ Дата _____
Соответствует паспортным данным.
Ответственный _____
Второй Межповерочный интервал. _____ Дата _____
Соответствует паспортным данным.
Ответственный _____
Третий Межповерочный интервал. _____ Дата _____
Соответствует паспортным данным.
Ответственный _____
Четвертый Межповерочный интервал. _____ Дата _____
Соответствует паспортным данным.
Ответственный _____